

南昌市第一医院血气分析试剂项目 技术要求

- 1、 应用于血气分析标本，进行血气、电解质和代谢物等项目测定；
- 2、 测定项目数：PH、PO₂、PCO₂、Na⁺、K⁺、Ca²⁺、Lac（乳酸）、Hct、Glu（血糖）
- 3、 提供多种规格选择；采用电极法；适用机型 ABL 90 FLEX。
- 4、 可抛弃型，非一体化无其他耗材
- 5、 上机有效期≥28 天

血气分析试剂评分标准（10 分）

（一）价格部分（4 分）		
评分点	评审内容	分值
报价	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×4	4
（二）技术部分（4 分）		
评分点	评审内容	分值
技术要求	（1）试剂盒规格能有 100、300 人份的得 1 分，600 人份的加 0.5 分,900 人份及以上规格的加 0.5 分，最高 2 分。 （2）可测定项目：PH、PO₂、PCO₂、Na⁺、K⁺、Lac（乳酸）、Hct、Glu（血糖），另可测定：动脉碳氧血红蛋白分数(FCO_{Hb})、动脉高铁血红蛋白分数(FMetHb)、钙离子浓度(cCa²⁺)、氯离子浓度(cCl⁻)、总胆红素浓度(ctBil)参数，每一项得 0.4 分，最高 2 分 评审依据：医疗器械注册证及其附件或产品技术说明书并加盖供应商公章	4
（三）商务部分（2 分）		
评分点	评审内容	分值
商务要求	1、发现质量异常情况，导致检测结果参数不全或检测失败，需要重新检测时由此产生消耗的试剂由供应商承担，并且在 24 小时内重新配送得 0.5 分。 2、配套提供定标、质控品和消耗的测试数及耗材，定标质控品含混合气与废液包得 1 分。 3、有效期内没有用完的试剂，由供应商免费回收并更换新效期内的试剂，满足得 0.5 分。 评审依据：供应商出具书面承诺函（原件盖鲜章）	2