

医用耗材、试剂招标参数

耗材试剂名称	腹膜透析外接短管
用 途	用于腹膜透析
规 格	临床常用型号
技术要求	可与螺旋钛接头共同连接于腹膜透析导管，用于与分离管路或者循环管路的结合点进行无菌操作连接及分离。

医用耗材、试剂招标参数

耗材试剂名称：腹膜透析外接短管

用 途：用于腹膜透析

规 格：临床常用型号

（一）价格（4 分）		
评审项目	评审内容	分值
报价	最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标报价得分=(评标基准价/投标报价)× 4	4 分
（二）技术要求（4 分）		
评审项目	评审内容	分值
技术要求	1. 有效期 5 年或以上 （1 分） 2. 总长度大于 230mm 小于 260mm （1 分） 3. 产品水流量≥100ml/min （1 分） 4. 对外接短管施加压力 50kPa，持续 30s 无泄漏。（1 分） 评审依据：<u>医疗器械注册证及附件产品技术要求，</u> <u>检验报告（法定资质的检验机构）</u> 投标人盖章。	4 分
（三）商务要求（2 分）		
评审项目	评审内容	分值
商务要求	12 小时内送货上门。	2 分
总分		10 分